

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wypożyczenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED firmy Philips z możliwością zmiany trybu pracy na tryb dziecięcy z ograniczeniem maksymalnej energii defibrylacyjnej do 50J? Wielkość 50J jest zgodna z zaleceniami Rady Resuscytacji.
2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED firmy Philips o energii dla dorosłych 150J? Wielkość 150J jest zgodna z zaleceniami Rady Resuscytacji.
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED firmy Philips bez możliwości ustawienia godziny wykonywania autotestu? Testy są wykonywane automatycznie przez urządzenie i nie jest wymagane ręczne ustawianie godziny wykonywania testów.
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED firmy Philips bez możliwości sprawdzenia energii pozostałej w akumulatorze?
5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator AED firmy Philips gwarancją na nieużywany pakiet baterii wynoszącą 5 lat?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający dopuści każdy z defibrylatorów, który spełni warunki niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w specyfikacji technicznej.

Ad. 2. Odpowiedź jak w Ad. 1.

Ad. 3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie defibrylatora bez możliwości ręcznego ustawienia godziny wykonywania autotestów.

Ad. 4. Nie, Zamawiający nie dopuści do postępowania defibrylatorów nie posiadających możliwości sprawdzenia energii pozostałej w akumulatorze.

Ad. 5. Zamawiający nie dopuści defibrylatora nieposiadającego gwarancji na nieużywany pakiet baterii na okres minimum 7 lat.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający