Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-302 Mokre 115

ZOZ.271.1.1.2017 Grudziądz dnia: 2017-10-25

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wyposażenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W Załączniku nr 7 nie została określona ilość defibrylatorów, jaka ma zostać dostarczona do poszczególnych miejsc. Jaka ilość defibrylatorów powinna zostać dostarczona w niniejszym postępowaniu?

2. Załącznik nr 7a - specyfikacja techniczna defibrylatora jest sprzeczna z treścią zamówienia oraz formularzem ofertowym w zakresie gwarancji. Czy przez gwarancję Zamawiający rozumie gwarancję producenta udzieloną na defibrylator oraz baterię?

Uzasadnienie: jedynie gwarancja udzielona przez producenta zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku wycofania się dystrybutora danego defibrylatora z rynku.

3. Jaki okres gwarancji producenta na defibrylator jest okresem minimalnym wymaganym przez Zamawiającego?

4. Jak punktowane jest przedłużenie gwarancji producenta na defibrylator?

5. Czy przez gwarancję na baterię Zamawiający uznaje gwarancję producenta udzieloną na tę baterię?

Uzasadnienie: Większość producentów udziela gwarancji na baterię tylko na 12 bądź 24 miesiące. Dystrybutorzy natomiast wprowadzają nabywców w błąd - nie informują o okresie gwarancji producenta na baterię, a o żywotności. Żywotność podana w instrukcji nie jest tym samym czym gwarancja producenta. Żądanie gwarancji producenta lepiej zabezpieczy interesy Zamawiającego.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby bateria w defibrylatorze posiadała min. 4 lata gwarancji producenta?

7. Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał możliwość ustawienia godziny wykonywania autotestu. Jak zmieni się ten zapis w przypadku defibrylatorów, które wykonują ponad 80 autotestów w tygodniu z częstotliwością co 2 godziny?

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada wskaźnika poziomu naładowania baterii, natomiast w codziennych autotestach sprawdza poziom naładowania baterii i informuje o niskim poziomie naładowania gdy osiągnie on poziom 30% (wystarczy on na przeprowadzenie akcji i wykonanie min. 60 wyładowań zapewniając bezpieczny bufor czasowy na wymianę baterii).

Uzasadnienie: Większość defibrylatorów na rynku nie posiada osobnego wyświetlacza informującego o poziomie naładowania baterii natomiast z odpowiednim wyprzedzeniem informuje o konieczności instalacji nowej baterii.

Ad. 1. Przedmiotem postępowania są 3 defibrylatory.

Ad. 2. Dokonano korekty opisu przedmiotu zamówienia str. 2 SIWZ w zakresie gwarancji, dokonano korekty formularza ofertowego w zakresie gwarancji. Terminem „gwarancja" Zamawiający określa minimalne okresy gwarancji na urządzenia obejmujące 5 lat oraz gwarancję na nieużywany pakiet baterii obejmujący 7 lat. Zamawiający uaktualnił opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz Załącznik nr 1 – Formularz oferty. Zaktualizowany SIWZ oraz załącznik nr 1 zostały zamieszczone na stronie BIP Gminy Grudziądz w zakładce Zakład Opieki Zdrowotnej.

Ad. 3. Zgodnie z zapisami z załącznika nr 7 do SIWZ gwarancja na sprzęt wynosi 5 lat, a na nieużywany pakiet baterii 7 lat.

Ad. 4. Opis punktacji w stosunku do defibrylatorów znajduje się w punkcie 18.2 SIWZ.

Ad. 5. Przez gwarancję Zamawiający rozumie okres podany w opisie przedmiotu zamówienia, formularzu oferty a także załączniku nr 7 do SIWZ.

Ad. 6. Zamawiający wymaga min. 5 lat gwarancji na baterię w defibrylatorze.

Ad. 7. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu dotyczącego możliwości ustawienia godziny wykonania autotestu.

Ad. 8. Zamawiający nie dopuści do postępowania urządzeń nie posiadających wskaźnika naładowania baterii nawet w przypadku, gdy w codziennych autotestach urządzenia sprawdza poziom naładowania baterii i informuje o niskim poziomie naładowania gdy osiągnie on poziom 30%.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający