

**Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminy Grudziądz
86-302 Mokre 115**

ZOZ.271.1.1.2017

Grudziądz dnia: 2017-10-25

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wypożyczenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Z związku z wymaganiem użytkownika możliwość zmiany trybu pracy z dorosłych na dziecięcy z ograniczeniem maksymalnej energii defibrylacyjnej do 70J czy Zamawiający wymaga przycisku do zamiany w dowolnym czasie podczas analizy i resuscytacji ?
2. Z związku z wymaganiem możliwości sprawdzenia energii pozostałej w akumulatorze na wielostopniowym wskaźniku bez potrzeby wyciągania pakietu baterii, Zamawiający wymaga min. czterostopniowego wskaźnika baterii?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. W związku z wymaganiem możliwości zmiany trybu pracy z dorosłych na dziecięcy Zamawiający wymaga przycisku do zmiany w dowolnym czasie podczas analizy i resuscytacji.

Ad. 2. W pojęciu „wielostopniowy” wskaźnika, mieści się również m.in. czterostopniowy wskaźnik baterii.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający